



UMG
dubium sapientiae initium

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

Gara Europea a procedura aperta e telematica, suddivisa in lotti, per l'acquisto della fornitura, installazione e messa in opera, con la formula chiavi in mano, di attrezzature e prodotti specialistici destinati al nuovo Centro Interdipartimentale di didattica innovativa e di simulazione in medicina e professioni sanitarie, sito presso il Corpo D, livello 0, lato sinistro, dell'Area Medica e delle Bioscienze del Campus "S. Venuta" dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro- ID Negoziazione G00485

FAQ n. 2 del 29/01/2024

Si comunica che l'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 88 comma 3, D. Lgs. n. 36/2023. Ne consegue che non è stato riprodotto e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro tutto ciò che non rientra nell'ambito di applicazione della predetta previsione normativa. I chiarimenti saranno visibili sui siti

<https://web.unicz.it/it/category/bandi-di-gara>

<https://unicz.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?>

1. Domanda

Con riferimento all'art. 6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale del disciplinare di gara, in caso di partecipazione a più lotti appartenenti alla stessa categoria merceologica prevalente (es. LOTTO 1 e LOTTO 3 in cui il CPV principale è lo stesso 38970000-5-P) è possibile indicare le stesse forniture analoghe?

Risposta

La risposta è confermativa

2. Domanda

Con la presente siamo a richiedere nuovamente i seguenti chiarimenti per il lotto 7 scheda IOT. Si richiede una descrizione dettagliata delle funzioni, interazioni e delle caratteristiche tecniche della scheda e upgrade IOT.

Risposta

Per upgrade scheda IOT (incluso pannello di controllo touch screen) si intende la predisposizione per software lato docente e lato studente. A titolo esemplificativo, essa consente lo svolgimento delle seguenti funzioni: 1) controllo dalla postazione dei parametri di funzionamento del singolo simulatore, con monitoraggio, in tempo reale, dei parametri di funzionamento; 2) controllo da remoto dalla dashboard del docente dei parametri di funzionamento; registrazione delle singole sessioni di apprendimento e dei parametri di funzionamento; 3) visualizzazione in remoto dei messaggi di errore.

3. Domanda

Nel computo metrico (ad esempio Lotto 1) viene indicato un totale del lotto e degli importi unitari per ogni singolo articolo. Considerando che la gara è a base d'asta e perciò non può essere superato il totale, chiediamo però se il singolo importo unitario può essere superato rispettando ovviamente il totale del lotto.

Risposta

La risposta è confermativa. Si precisa che dovrà comunque essere indicato l'importo del lotto per cui si presenta offerta ribassato.

**f.to Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Anna Daniela Severelli**